

Nghệ An, ngày 04 tháng 8 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần – Kỹ thuật, Quân khu 4 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế vật tư, linh kiện định kỳ các máy chạy thận nhân tạo, hệ thống xử lý nước RO tại Bệnh viện Quân y 4 với nội dung cụ thể như sau.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần-kỹ thuật, QK4.
- Địa chỉ: Đường Lê Viết Thuật, P. Vinh Lộc, Tỉnh Nghệ An.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Thái Thành Chung 0966427986
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận bản giấy báo giá trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Trang bị, Bệnh viện Quân y 4, Cục HC-KT, Quân khu 4, Đường Lê Viết Thuật, P. Vinh Lộc, Tỉnh Nghệ An.
- Hoặc nhận bản scan màu qua Email: thanhcndv4@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h ngày 04 tháng 8 năm 2025 đến trước 17h ngày 13 tháng 8 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhận báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục dịch vụ, thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị):

STT	HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ	ĐVT	SL	Ghi chú
1	Bảo trì, thay thế vật tư và tẩy rửa hóa chất cho 02 hệ thống xử lý nước RO thận nhân tạo - Tẩy trùng theo tiêu chuẩn 4 lần/ năm (3 tháng/ lần) + Đã bao gồm hóa chất tẩy rửa, lõi lọc 5 micron, 0.2 micron	Lần	04	Định kỳ 3 tháng 1 lần

STT	HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ	ĐVT	SL	Ghi chú
	+ Không bao gồm phụ tùng thay thế khi máy bị hư phụ tùng			
2	Bảo dưỡng, bảo trì 15 máy thận nhân tạo Model: 4008S Hãng sx: Fresenius Medical Care - Bảo dưỡng, bảo trì theo tiêu chuẩn 4 lần/năm (3 tháng/ lần) + Bao gồm các sự cố phát sinh trong năm. + Không bao gồm phụ tùng thay thế khi máy bị hư phụ tùng	Lần	04	Định kỳ 3 tháng 1 lần
3	Bảo dưỡng, bảo trì 08 máy thận nhân tạo Model: 4008A Hãng sx: Fresenius Medical Care - Bảo dưỡng, bảo trì theo tiêu chuẩn 4 lần/năm (3 tháng/ lần) + Bao gồm các sự cố phát sinh trong năm. + Không bao gồm phụ tùng thay thế khi máy bị hư phụ tùng	lần	04	Định kỳ 3 tháng 1 lần
4	Bảo dưỡng, bảo trì 17 máy thận nhân tạo Model: Dialog+ Hãng sx: B.Braun - Bảo dưỡng, bảo trì theo tiêu chuẩn 4 lần/năm (3 tháng/ lần) + Bao gồm các sự cố phát sinh trong năm. + Không bao gồm phụ tùng thay thế khi máy bị hư phụ tùng	Lần	04	Định kỳ 3 tháng 1 lần
5	Bảo dưỡng bảo trì 03 máy thận nhân tạo HDF online Model: 5008S Hãng sx: Fresenius Medical Care - Bảo dưỡng, bảo trì theo tiêu chuẩn 4 lần/năm (3 tháng/ lần) + Bao gồm các sự cố phát sinh trong năm. + Không bao gồm phụ tùng thay thế khi máy bị hư phụ tùng	Lần	04	Định kỳ 3 tháng 1 lần
6	Máy theo dõi thành phần cơ thể - Phương pháp đo: Kỹ thuật quang phổ trở kháng sinh học, không xâm lấn.	Máy	01	

STT	HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ	ĐVT	SL	Ghi chú
	- Khối lượng cơ thể có thực hiện phép đo ≥ 11 kg + Đo xác định quá tải dịch (OH), tổng lượng nước trong cơ thể (V); thể tích ure phân bố trong cơ thể; nước nội bào (ICW) và nước ngoại bào (ECW). + Đo khối lượng mô nạc (LTM) và mô mỡ (ATM) trong cơ thể giúp đánh giá tình trạng dinh dưỡng. + Hiển thị trên màn hình LED hoặc LCD hoặc tương đương; tích hợp đầu đọc thẻ thông minh. + Kết quả phép đo có thể được hiển thị trên máy và lưu trữ trên thẻ bệnh nhân - Dải tần phép đo: Từ ≤ 5 đến $\geq 1\,000$ KHz - Dòng điện phép đo: Từ ≤ 50 đến ≥ 800 μA - Thời gian thực hiện phép đo: ≤ 3 phút - Độ chính xác : $\leq 0,05\%$			
7	Sửa chữa máy thận nhân tạo S/N:855 Model: Dialog+ Hãng, nước sản xuất: BBraun, Đức			30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
	+ Sửa main LX800	cái	01	
	+ Sửa bơm đẩy nước FPA	cái	01	
	+ Sửa bơm đẩy nước FPE	cái	01	
	+ Sửa cảm biến PE	cái	01	
8	Sửa chữa máy thận nhân tạo S/N:975 Model: Dialog+ Hãng, nước sản xuất: BBraun, Đức	Máy	01	30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
	+ Sửa bộ nguồn	cái	01	
	+ Sửa bo Digital	cái	01	
	+ Sửa bơm máu	cái	01	
9	Sửa chữa máy thận nhân tạo S/N:228540	Máy	01	30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

STT	HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ	ĐVT	SL	Ghi chú
	Model: 4008S Hãng, nước sản xuất: Fresenius, Đức			
	+ Sửa bo mạch chủ LP630	cái	01	
	+ Sửa bo điều khiển hệ thống thủy lực	cái	01	
	+ Sửa bơm UF	cái	01	
	+ Van điện từ nhỏ/ van thông khí	cái	01	
10	Sửa chữa máy thận nhân tạo S/N:224590 Model: Dialog+ Hãng, nước sản xuất: BBraun, Đức	Máy	01	
	+ Sửa thanh phát nhiệt (heater)	cái	01	
	+ Sửa màn hình cảm ứng	cái	01	
	+ Sửa màn hình hiển thị TFT	cái	01	
	+ Sửa bơm PE	cái	01	
11	Sửa chữa máy thận nhân tạo S/N: P9G Model: 4008S Hãng, nước sản xuất: Fresenius, Đức	Máy	01	
	+ Sửa bo phát hiện khí trong máu LP450-2	cái	01	
	+ Sửa buồng đốt nhiệt	cái	01	
	+ Sửa bộ nguồn	cái	01	
	+ Sửa bơm hút dịch	cái	02	
12	Sửa chữa máy thận nhân tạo SN: P9C Model: 4008S Hãng, nước sản xuất: Fresenius, Đức			
	+ Sửa bo LP 633	cái	01	
	+ Sửa bo điều khiển bơm heparin LP980	cái	01	
	+ Sửa bơm máu	cái	01	
13	Kiểm định máy thận nhân tạo	Cái	43	

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Quân y 4, Cục HC-KT, Quân khu 4, Đường Lê Viết Thuật, P. Vinh Lộc, Tỉnh Nghệ An.

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Theo quy định của Nhà sản xuất thiết bị;

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng hợp đồng: không.

- Thanh toán: 100% giá trị hợp đồng sau khi hoàn thành chứng từ thanh toán.

5. Các thông tin khác:

- Thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.

- Các đơn vị cung cấp Bảng chào báo giá kèm theo tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan phải được ký bởi Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có) và phải được đóng dấu treo hoặc giáp lai vào các cấu hình, thông số kỹ thuật. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.

Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần-kỹ thuật, Quân khu 4 rất mong nhận được báo giá, cấu hình, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp Trang thiết bị y tế và cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: C10, T02.

GIÁM ĐỐC



Đại tá Nguyễn An Giang