

Nghệ An, ngày 01 tháng 7 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Quân y 4, Cục HC-KT, Quân khu 4 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thay thế vật tư, linh kiện cho máy chụp cắt lớp vi tính Optima CT540 hãng GE Healthcare với nội dung cụ thể như sau.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần-kỹ thuật, QK4.
- Địa chỉ: Đường Lê Viết Thuật, P. Vinh Lộc, Tỉnh Nghệ An.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Thái Thành Chung 0966427986
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận bản giấy báo giá trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Trang bị, Bệnh viện Quân y 4, Cục HC-KT, Quân khu 4, Đường Lê Viết Thuật, P. Vinh Lộc, Tỉnh Nghệ An.
- Hoặc nhận bản scan màu qua Email: thanhdnv4@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến trước 17h ngày 10 tháng 7 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhận báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục dịch vụ, thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị):**

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bóng phát tia X dùng cho máy chụp cắt lớp điện toán Optima CT540	Lõi bóng tiêu điểm kép: + Tiêu điểm nhỏ (giá trị định danh) * 0.9 x 0.7 chuẩn IEC 60336:2005 * 0.7 x 0.6 chuẩn IEC 60336:1993 * Mức tải: khoảng 120kV, 100mA	Cái	01

		+ Tiêu điểm lớn (giá trị định danh) * 1.2 x 1.1 chuẩn IEC 60336:2005 * 0.9 x 0.9 chuẩn IEC 60336:1993 * Mức tải: khoảng 120kV, 300mA Góc tới của Anode: 7 độ Tỉ số nhiệt Anode Trữ lượng nhiệt Anode tối đa: 4.7 MJ. Công suất đầu vào Anode định danh: 53.2kW Bóng Trữ lượng nhiệt bóng tối đa: 7.4 MJ Tản nhiệt liên tục tối đa: 4.8 kW (Công suất Anode liên tục tối đa 3.5 kW) Vỏ bóng Điện áp cực đại, Anode tới Cathode: 140kV Dòng rò kỹ thuật tại 140kV, 25mA Chắn tia cho khung bóng: tương đương 4.9mm Al tại 70-75kV Trường nhìn: tối thiểu 20 mm		
2	Bình cấp điện cao thế dùng cho máy CT	- Cung cấp 75 kV cách điện giữa cuộn dây sơ cấp và thứ cấp; - Có 03 máy biến áp cách điện trong thùng cao thế; - Điện áp cao kết nối với bảng bouchon stator một pha; - Chấp nhận kết nối ba pha từ Bo rotation; - Chuyển kết nối ba pha với máy biến áp.	Cái	01

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Quân y 4, Cục HC-KT, Quân khu 4, Đường Lê Viết Thuật, P. Vinh Lộc, Tỉnh Nghệ An.

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Theo quy định của Nhà sản xuất thiết bị;

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng hợp đồng: không.

- Thanh toán: 100% giá trị hợp đồng sau khi hoàn thành chứng từ thanh toán.

5. Các thông tin khác:

- Thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.

- Các đơn vị cung cấp Bảng chào báo giá kèm theo tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan phải được ký bởi Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có) và phải được đóng dấu treo hoặc giáp lai vào các cấu hình, thông số kỹ thuật. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.

Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần-kỹ thuật, Quân khu 4 rất mong nhận được báo giá, cấu hình, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp Trang thiết bị y tế và cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: C10, T02.



Đại tá Nguyễn An Giang